

Zeit im Bereich

Anzeige CGM Daten

1%

über 250 mg/dL

7%

zwischen 180 - 250 mg/dL

89%

zwischen 70 - 180 mg/dL

3%

zwischen 54 - 70 mg/dL

0%

unterhalb 54 mg/dL

Ø tägl. Menge an
Kohlenhydraten **85 g**

Ø tägl.
Gesamtdosis **56.6 U**

Ø Glukose **125
mg/dL**

Insulin-Verhältnis

Basal

29%

16.4 U




Bolus


71%

40.2 U

Zeit im Loop Modus ON

Loop
Modus
OFF**1%**Loop
Modus
ON**99%**

Ampullenwechsel



Mo., Nov. 21, 2022

Zeit im Ziel


70 - 180 84%
Unterhalb 54 0%

Zeit im Loop Modus ON

Loop Modus OFF 0%
Loop Modus ON 100%

Ø Glukose 145 mg/dL

Gesamtinsulin 74.4 U



Di., Nov. 22, 2022

Zeit im Ziel


70 - 180 89%
Unterhalb 54 0%

Zeit im Loop Modus ON


Loop Modus OFF 0%
Loop Modus ON 100%

Ø Glukose 137 mg/dL

Gesamtinsulin 54.9 U



Legende



Fr., Nov. 25, 2022

Zeit im Ziel


70 - 180 95%
Unterhalb 54 0%

Zeit im Loop Modus ON

Loop Modus OFF 0%
Loop Modus ON 100%

Ø Glukose 113 mg/dL

Gesamtinsulin 48.8 U



Sa., Nov. 26, 2022

Zeit im Ziel


70 - 180 92%
Unterhalb 54 0%

Zeit im Loop Modus ON

Loop Modus OFF 0%
Loop Modus ON 100%

Ø Glukose 114 mg/dL

Gesamtinsulin 42.5 U



Legende

CGM BZM Bolus Korrektur +/- Unterbrochen Kombo / Erweitert 25 KH Basale

So., Nov. 27, 2022

Zeit im Ziel


70 - 180 94%
Unterhalb 54 0%

Zeit im Loop Modus ON


Loop Modus OFF 0%
Loop Modus ON 100%

Ø Glukose 109 mg/dL

Gesamtinsulin 67.9 U



Legende



DBL - DBLG1

28 Nov. 2022

Hersteller	Diabeloop
Identifikator	
IMEI	
Software-Version	1.12.5.82-DBLG1-INS-DEXG6-COMMERCIAL

Pumpe - PUMP33033289

28 Nov. 2022

Hersteller	ROCHE
Seriennummer	PUMP33033289
Pumpen Version	V3.00.17
Ablauf der Ampulle	4 Dez. 2022

CGM

28 Nov. 2022

Hersteller	Dexcom
Produkt	G6
Ablaufdatum des Sensors	3 Dez. 2022
Software-Version des Transmitters	SW12097
Sender-ID	
Transmitter Nutzungsdauer	22 Dez. 2022

Parameter

27 Nov. 2022

Name	Wert	Einheit
Hypoglykämie Schwellenwert	60.0	mg/dL
Aggressivität zum Mittagessen	120	%
Aggressivität bei Normoglykämie	110	%
Glukose-Zielwert	100.0	mg/dL

Name	Wert	Einheit
Abendessen - Mittel	24.0	g
Frühstück- Klein	12.0	g
Hyperglykämie Schwellenwert	170.0	mg/dL
Abendessen - Klein	12.0	g
Mittagessen - Mittel	48.0	g
Aggressivität zum Abendessen	110	%
Tages-Gesamt-Insulindosis	60.0	U
Körpergewicht	88.0	kg
Frühstück - Mittel	24.0	g
Aggressivität bei Hyperglykämie	100	%
Aggressivität zum Frühstück	100	%
Mittagessen - Klein	24.0	g
Frühstück - Groß	36.0	g
Mittagessen - Groß	72.0	g
Abendessen - Groß	36.0	g