

AGP

30 Tage | Di. 1. Sep. 2020 - Mi. 30. Sep. 2020

Dexcom

captür**AGP**®

Di. 1. Sep. 2020 - Mi. 30. Sep. 2020 (30,0 Tage)

Glukose-Statistiken	Durchschn. Glukosewert mg/dl	Geschätzter HbA1c						Variationskoeffizient	Std.abw. mg/dl	% Zeit CGM aktiv
	147	6,8 %	Sehr niedrig < 54 mg/dl	Niedrig < 70 mg/dl	Im Zielbereich 70 - 180 mg/dl	Hoch > 180 mg/dl	Sehr hoch > 250 mg/dl	33,4 %	49	98,4 %
	Glukose-Exposition		Glukosebereiche					Glukose-Variabilität		Vollständigkeit der Daten


CGM

50 % - Median


25/75 % - IQR

10/90%

Zielbereich



Die Y-Achse und der Zielbereich sind dieselben wie in der obigen Ambulatory Glucose Profile-Grafik.



U.S. Patent-Nr. Des. 773.478, Patente angemeldet – HealthPartners Institute dba International Diabetes Center – Alle Rechte vorbehalten. CaptürAGP v. 3.2

AGP

14 Tage | Do. 1. Okt. 2020 - Mi. 14. Okt. 2020

Dexcom

captür**AGP**®

Do. 1. Okt. 2020 - Mi. 14. Okt. 2020 (13,1 Tage)

Glukose-Statistiken	Durchschn. Glukosewert mg/dl	Geschätzter HbA1c	Sehr niedrig	Niedrig	Im Zielbereich	Hoch	Sehr hoch	Variationskoeffizient	Std.abw. mg/dl	% Zeit CGM aktiv
	152	6,9 %	< 54 mg/dl	< 70 mg/dl	70 - 180 mg/dl	> 180 mg/dl	> 250 mg/dl	34,1 %	52	98,6 %
	Glukose-Exposition		Glukosebereiche					Glukose-Variabilität		Vollständigkeit der Daten


CGM

50 % - Median


25/75 % - IQR

10/90 %

Zielbereich



Die Y-Achse und der Zielbereich sind dieselben wie in der obigen Ambulatory Glucose Profile-Grafik.



U.S. Patent-Nr. Des. 773.478, Patente angemeldet – HealthPartners Institute dba International Diabetes Center – Alle Rechte vorbehalten. CaptürAGP v. 3.2